

DUVARA MONTE OFTALMASKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oftalmaskop cihazının aydınlatması ultraviyolede arındırılmış halojen ampul ile
2. Oftalmaskop cihazı +40 -35 dioptri aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
3. Oftalmaskop eşeli 6 ayır görünüm vermelidir: küçük daire, yarım daire, büyük daire, stenopaik slit ve yıldızlı polar koordinat sistemi.
4. Doğru teşhis için oftalmaskop cihazının 3 ayrı ışık modu bulunmalıdır: yeşil, mavi, beyaz.
5. Kullanım kolaylığı için oftalmaskopun üzerinde bütün ayarlamalar tek parmak ile yapılabilir.
6. Oftalmaskop cihazının başlığında bulunan ampülü değiştirmek için herhangi bir alete gerek olmamalı, kolaylıkla değişimi yapılabilir.
7. Oftalmaskop başlığı darbelere dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
8. Oftalmaskop cihazı duvar ünitesine konnektör kilit sistemi ile takılabilir olmalıdır. Oftalmaskop duvar ünitesinden çıkarıldığı zaman ışığı otomatik yanmalıdır, yerine takıldığı zaman otomatik sönmelidir.
9. Duvar üniti 220 V / 50 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışmalıdır.
10. Duvar üniti üzerinde bir açma-kapama düğmesi bulunmalıdır, bu düğme üzerinde cihazın açık olduğunu belirten bir ikaz ışığı yanmalıdır.
11. Kolay işlem yapılabilmesi için duvar ünitesinin spiral kablolu elçeği 4 m uzunluğuna kadar uzayabilmeli, ışık kaybına sebep olmayacak güçte transformatöre sahip olmalıdır.
12. Oftalmaskop elçeği ele alındığında ışığın yanmasını sağlayan mekanizma dışarıdan gözükmemelidir. Bu sayede tozlanma gibi nedenlerle fonksiyonunu yitirmesi engellenmelidir.
13. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
14. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.
15. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
16. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.