

HAVALI YATAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Havalı yatak orta ve yüksek risk grubuna dahil sürekli yatma ihtiyacı olan hastalarda yatak yaralarının oluşmasını engelleyebilecek veya mevcut yatak yaralarının tedavisine destek olabilecek şekilde ara yüz basıncını yeniden dağıtabilecek özelliklere sahip olmalıdır.
2. Şilte sıvıyı geçirmeyen, nemi absorbe eden ve havayı geçirebilecek özellikleri taşıyan Nylon/PU'dan yapılmış olmalıdır.
3. Havalı yatak pompasında 10/15/20/25 dk değişken basınç çevrim süresi olmalıdır.
4. Yatak A/B sisteminde çalışmalıdır
5. Motorlar statik ve alternating özelliğe sahip hava motoru olmalıdır.
6. Havalı yatak 180 kg'ye kadar olan hastaları taşıyabilmelidir.
7. Havalı yatak ölçüleri 203x92x20.3 cm (+/-2 cm) olmalıdır.
8. Yatak 20 hücreden (+/- 1 hücre) oluşmalıdır.
9. Yatak hücreleri değiştirilebilir ve kolay temizlenebilir olmalıdır.
10. Şilte Nylon/PU materyalinden, hücreler Nylon/PVC materyalinden yapılmış olmalıdır.
11. Güç kesintisi ve düşük basınç durumlarında alarm vermelidir. Pompada düşük basınç göstergesi bulunmalıdır.
12. Pompa dakikada 5-8 litre hava akışı sağlamalıdır.
13. Havalı yatak pompasında Auto Firm özelliği bulunmalıdır.
14. Havalı yatak pompasında Panel kilitleme özelliği bulunmalıdır.
15. Yatağın kardiyopulmoner Resüsitasyon için CPR fonksiyonu olmalıdır.
16. Basınç aralığı 30-60 mmHg aralığında 10 kademede değiştirilebilir olmalıdır.
17. Havalı yatak CE belgesine sahip olmalıdır.
18. Teklif verecek firma cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
19. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
20. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır. Teklif verdiği cihazın markası TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'nde bulunmalıdır.