

## **İŞİĞA DUYARLI İNFÜZYON POMPASI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

---

1. Teklif edilen setler steril paketlerde tek parça halinde ve blister ambalaj içerisinde olmalıdır.
2. Teklif edilen set içerisindeki sıvıyı ışıktan koruyacak koyulukta olmalıdır ancak set içerisinde olabilecek hava ve partikülleri görmeyi de engellememelidir.
3. Teklif edilen set en az 10 ml hacminde bir damlama haznesine sahip olmalıdır.
4. Teklif edilen setler lateks içermeyen non-pirojenik silikonize materyalden üretilmiş olmalıdır.
5. Teklif edilen setler serbest akış önleyici makaralı klemp sahibi olmalıdır.
6. Teklif edilen set en az 200 cm olmalıdır.
7. Teklif edilen setin ambalajı üzerinde set kullanımına ait yönergeler olmalıdır.
8. Teklif edilen setin 1ml hacmi 20 damladan oluşacak şekilde sabit damla ayarı olmalıdır.
9. Teklif edilen set en az 1 adet Y-Port sahibi olmalıdır.
10. Teklif edilen setin hastaya bağlanan ucu erkek luer-lock yapıda olmalıdır.
11. Teklif edilen setler latex, toksik ve pirojenik madde içermemelidir, bu husus ambalaj üzerinde gösterilmelidir.
12. Teklif edilen set hem Mediflex ambalaj hem de vakumlu cam şişelerde kullanıma uygun olmalıdır.
13. Teklif edilen setler SGK'nın SUT programına kayıtlı olmalıdır.
14. Teklif edilen setlerin ÜTS kaydı olmalıdır.
15. Teklif edilen setlere ait ÜTS ve SET kodları teklifte belirtilmiş olmalıdır.