

MASİMO SPO2 PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- SPO2 probu MASİMO marka _____ model monitörler ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Spo2 probu yetişkin hastalara uyumlu ve mandal tipte olmalıdır.
- 3- Mandal yapısının alt ve üst kısmı kauçuk malzeme kaplı olmalıdır.
- 4- Mandalın içindeki kauçuk malzemenin ışığı yansıtması için renginin lacivert olması gereklidir.
- 5- Kablonun rengi beyaz olmalıdır.
- 6- Kablonun ara kablo ile bağlantı yapan soketi 9 pinli olmalıdır.
- 7- Kablo üzerinde garanti durumunun takibini yapmak için markası, P/N numarası, seri numarası ve CE işareti bulunduran bir etiket olmalıdır. Kablo üzerinde olmayan etiketler kabul edilmeyecektir.
- 8- Teslimat sırasında karışıklık olmaması adına şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 9- Kablonun dağınıklığı önlemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
- 10- Kablonun uzunluğu en az 90 cm olmalıdır.
- 11- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12 -Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 13- Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

